

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山中路二号
网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>

邮编 (Post Code): 430223
电话 (Tel): 027-81925136
传真 (Fax): 027-81925137

CUC

REGISTRATION NO. 002

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:

Certificate No.

委托方名称

Customer

中电新源(廊坊)电力工程技术有限公司

委托方地址

Address

河北省廊坊市经济开发区青果路科技谷大楼

样品名称

Name Of Sample

兆欧表

制造厂商

Manufacturer

武汉特高压电力科技有限公司

型号规格

Model/Type

UHV-2671

器具编号

No Of Sample

2408092

证书专用章

Stamp



校准日期

Calibration date

2024 年 09 月 11 日
Y M D

证书批准人

Approved by

核验员

Checked by

校准员

Calibrated by

耿睿

王强

李夏

湖北省计量测试技术
证书骑缝章

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了国际间“国家计量基准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.

● 本院是政府计量行政管理部门依法设立的法定计量检定机构

This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.

● 本院质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求。

The quality management system for laboratory complies with ISO/IEC 17025 standards.

● 本次校准的技术依据（名称、代号）

Reference documents for the Calibration (Name、Code)

参照: JJG 1005-2019 电子式绝缘电阻表检定规程

● 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称

Name of Equipment

绝缘电阻表检定装置

型号/编号

Model/Serial No.

GZX92E/88843

证书号/有效期

Certificate No./Due Date

2024DW02250570/2025-09-10

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 21.4℃

Temperature

气压: ——

Pressure

相对湿度: 59 %

R.H.

地点: 本院光谷基地B211

Place

其它: ——

Others

原始记录编号: ——

Record No.

本校准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可, 不得部分复制本证书。

校准数据/结果

Data/Results of Calibration

电压选择 (V)	500	1000	2000	2500	-----
开路电压 (V)	508	1014	2006	2506	
$U_{rel} (k=2)$	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	
标准值 (M Ω)	显示值 (M $\Omega \times 10$)				$U_{rel} (k=2)$
1.000	0.10	0.10	-----	-----	0.8%
2.000	0.204	0.206	-----	-----	
5.000	0.503	0.509	-----	-----	
10.00	0.988	0.997	1.010	1.012	
20.00	2.06	2.08	2.11	2.12	
50.00	5.05	5.09	5.18	5.22	1.2%
100.0	9.95	10.02	10.12	10.17	
200.0	20.6	20.8	21.1	21.2	
500.0	50.6	50.9	51.7	52.0	2.2%
1000	99.6	100.2	101.3	101.7	
2000	206	208	211	212	

注: 建议再校期一年

以下空白